

## 2018.10 高分子科学与工程学院实验室安全与环保检查情况汇总表

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.28 检查图片	10.12 检查图片
生医系	主楼 313	实验室存在门开着而无人到场现象；	实验室开门无人值守	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.28 检查图片	10.12 检查图片
生医系	西四教 428	实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位（整洁卫生有序	实验室卫生状况差	已整改		
	逸夫楼 405	实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	实验室物品乱放	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.28 检查图片	10.12 检查图片
高材系	西四教 403B	实验操作人员实验时不脱岗; 实验室不存在门开着而无人 在场现象	实验室开门而无人 值守	已整改		
	主楼 415	实验室存在门开着 而无人 在场现象;	实验室无 人值守	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.28 检查图片	10.12 检查图片
	西四教421	实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位（整洁卫生有序）	纸箱随意摆放	已整改		
高材系	西四教420	大功率仪器(包括空调等)使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源(查看现场)	使用插线板连接多个设备	已整改		


所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.28 检查图片	10.12 检查图片
高材系	西四教423	实验操作人员实验时不脱岗; 实验室不存在门开着而无人 在场现象	实验室开门而无人值守	已整改		
	西四教304B	实验室物品摆放有序, 卫生状况良好; 实验完毕物品归位 (整洁卫生有序)	实验室物品摆放杂乱	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	10.12 检查图片	10.18 检查图片
生医系	西四教 415C	大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场）	插线板放置于地面上	已整改		
生医系	西四教 428	大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场）	电吹风用完未及时拔掉电源	即时整改		整改前 

						整改后	
高材系	西四教 427	试剂柜应该贴药品 清单	试剂柜 未贴药 品清单	已整改			

高材系	西四教 417B	大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场）	电吹风 用完未 及时拔 掉电源	即时整 改		整改前	
						整改后	

高材系	附楼 205	大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场）	电吹风使用完未拔	已整改		
-----	--------	--	----------	-----	---	---

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	10.18 检查图片	10.25 检查图片
生医系	西四教 428	大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场）	实验电吹风用完未拔掉电源	已整改		
生医系	主楼 313	大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场）	电吹风用完未及时拔掉电源	已整改		

		实验室存在门开着而无人到场现象	实验室无人值守	已整改		
高材系	西四教 420	大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场）	电吹风用完未拔掉电源	已整改		

	附楼 113	实验室物品摆放有序，卫生状况良好；	实验室物品堆放杂乱	已整改		
高材系	主楼 415	实验结束，切断电源（现场查看）	电吹风使用完未拔	已整改		

	西四教 427	实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象	实验室门开着而无人值守	已整改		
加工系	西四教 230	实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象	实验室门开着而无人值守	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	10.25 检查图片	11.02 检查图片
生医系	附楼 201	烘箱、电阻炉等加热设备边上不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等(查看现场)	烘箱上摆放物品	已整改		
生医系	主楼 315	实验室存在门开着而无人到场现象；	实验室无人值守	已整改		

高材系	附楼 313	实验室存在门开着而无人到场现象;	实验室无人值守	已整改		
高材系	主楼 412	烘箱、电阻炉等加热设备边上不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等(查看现场)	烘箱上堆放杂物	已整改		

		实验室存在门开着而无人到场现象；	实验室无人值守	已整改		
高材系	主楼 415	实验室存在门开着而无人到场现象；	实验室无人值守	已整改		

	逸夫楼 603	大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场）	插线板连接大功率电器，并且放在窗边	已提醒 第2次		
高材系	主楼 312	实验室存在门开着而无人到场现象	实验室无人值守	已整改		

		实验室物品摆放有序，卫生状况良好；	实验室物品杂乱	已整改		
高材系	西四教 423	实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象	实验室门开着而无人值守	已整改		

		禁止多个接线板串联供电，接线板不宜直接置于地面	插线板直接放于地面	已提醒		
高材系	西四教 417B	大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场）	用完电吹风未拔掉电源	即时整改		整改前 

						整改后	
高材系	西四教 419	实验室消防通道通畅，公共场所、通道不堆放仪器、物品（消防通道通畅）	用完药品随地摆放	已提醒			