


2018年5月25日高分子学院实验室安全与环保检查情况表



检查时间	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	05.17 检查图片	05.25 检查图片
20180525	西四教 316B	1: 实验结束时, 切断电源 (有特殊用电要求的除外) 2: 实验室无废弃物品(如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等)长期堆放 3: 实验物料保存应有专用空间(储藏室、储藏区、储存柜等), 应通风、隔热、避光、安全; 试剂柜中不能有电源插座或接线板; 必须有专人管理, 并有动态台账, 且帐物相符	1: 吹风用完未拔 2: 箱子堆积较多 3: 动态清单未补充	1: 已提醒 2: 第二次提醒 3: 已整改:		
						
						

<p>20180525</p>	<p>西四教 303</p>	<p>实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品</p>	<p>堵塞安全通道</p>	<p>已整改</p>		
<p>20180525</p>	<p>西四教</p>	<p>1: 实验室消防通道通畅，公共通道不堆放仪器、物品 2: 及时处置实验室过期试剂、废液等危废，并完善危废处置档案</p>	<p>1: 堵塞安全通道; 2: 废液堆积较多</p>	<p>1: 已整改 2: 已提醒</p>		
						

<p>20180525</p>	<p>西四教 403</p>	<p>实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象</p>	<p>实验室无人值守</p>	<p>第二次提醒</p>		
<p>20180525</p>	<p>西四教</p>	<p>实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象</p>	<p>实验室无人值守</p>	<p>已提醒</p>		
<p>20180525</p>	<p>西四教 423</p>	<p>实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象</p>	<p>实验室无人值守</p>	<p>第二次提醒</p>		

<p>20180525</p>	<p>西四教 424</p>	<p>1: 实验室卫生状况良好, 物品摆放有序; 实验完毕物品归位, 桌面整洁。 2: 实验操作人员实验时不脱岗; 实验室不存在门开着而无人到场现象 3: 实验物料保存应有专用空间(储藏室、储藏区、储存柜等), 应通风、隔热、避光、安全; 试剂柜中不能有电源插座或接线板; 必须有专人管理, 并有动态台账, 且帐物相符</p>	<p>1: 实验室内地面积水 2: 实验室无人值守 3: 动态清单仍未补充</p>	<p>1: 已整改 2: 已提醒 3: 第二次提醒</p>				 <p>2018-5-10 检查情况</p>	
-----------------	--------------------	---	---	---------------------------------------	---	---	---	---	--

20180525	西四教	1: 实验室卫生状况良好, 物品摆放有序; 实验完毕物品归位, 桌面整洁 2: 实验室无废弃物品(如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等)长期堆放	1: 卫生较差 2: 箱子堆积较多	1: 已整改 2: 已提醒			
----------	-----	--	----------------------	------------------	---	---	---

<p>20180525</p>	<p>西四教</p>	<p>及时处置实验室过期试剂、废液等危废，并完善危废处置档案</p>	<p>废液堆积较多</p>	<p>已提醒</p>		
<p>20180525</p>	<p>逸夫楼</p>	<p>实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象</p>	<p>实验室无人值守</p>	<p>已提醒</p>		
<p>20180525</p>	<p>逸夫楼 603</p>	<p>实验物料保存应有专用空间（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全；试剂柜中不能有电源插座或接线板；必须有专人管理，并有动态台账，且帐物相符</p>	<p>动态清单不完善</p>	<p>已整改</p>		

20180525	主楼 415	实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	箱子，瓶子摆放过多	已整改		
20180525	学院主楼	实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象	实验室无人值守	已提醒		

20180525	学院附楼	气体钢瓶应当靠墙直立放置，并采取防止倾倒措施	钢瓶未固定	已提醒		
----------	------	------------------------	-------	-----	--	---